

Numer sprawy: AT.272.8.2018 – zakup i dostawa dwóch mobilnych stacji pomiaru zanieczyszczeń pyłem zawieszonym

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

90 – 743 ŁÓDŹ, ul. Lipowa 16, NIP-725-002-72-22; REGON 470551871 Tel. 42 633-33-43; Fax. 42 633-33-33.
Strona internetowa: www.wios.lodz.pl; e-mail: zaopatrzenie@wios.lodz.pl

Łódź, dnia 24 października 2018 r.

Dot: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „Dwóch mobilnych stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym”

Oznaczenie sprawy: AT.272.8.2018

1. W wymaganiach odnośnie datalogera w zakresie jego współpracy z CAS Zamawiający wyspecyfikował co następuje:

Współpraca	Datalogger w pełni współpracujący z systemami zbierania danych (CAS) firmy DAC System w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska - po jednej sztuce dla następujących WIOŚ: Kraków, Wrocław. Datalogger w pełni współpracujący z systemami zbierania danych (CAS) firmy CSMS oraz (CAS) firmy DAC System - dwie sztuki dla Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego GIOŚ. Dostarczone dataloggery spełniać muszą wszystkie funkcje wymagane do obsługi systemu zbierania danych do wyżej wymienionych systemów, w tym przede wszystkim: zbieranie wszystkich danych i parametrów pracy wytwarzanych przez dostarczone analizatory i pobornik pyłowy, komunikację i eksport danych na serwer CAS, eksport dodatkowych danych z systemów monitorujących warunki w kontenerze czy dostarczonym manifoldzie.
------------	---

Bardzo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający potrzebuje tylko 2 szt. datalogerów (tj. po jednym dla każdego kontenera), które będą prawidłowo współpracowały z istniejącym w WIOS Łódź CAS firmy CSMS.

Odpowiedź na pytania Nr 1: Zamawiający potrzebuje tylko 2 szt. datalogerów, które będą prawidłowo współpracowały z istniejącym w WIOS Łódź CAS firmy CSMS.

2. W zakresie wejścia/wyjścia datlogera Zamawiający wyspecyfikował wymóg posiadania - min. 4 wejść analogowych ADC -10V..+10V lub 0..20 mA.

Czy Zamawiający istotnie potrzebuje wejść analogowych. Obecnie już się z nich nie korzysta?

Odpowiedź na pytania Nr 2: Zamawiający rezygnuje z posiadania w ilości min. 4 wejść analogowych ADC -10V..+10V lub 0..20 mA.

Wszystkie powyższe informacje są dla wykonawców wiążące

Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
Włodzimierz Andrzejczak

